



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۳۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۹۹	۱۰۳.۸۳	۵.۵۷	-۰.۷۸	۴.۶۵%	جزئیات
۲	Urea	۴۲	۴۱.۵۳	۸.۱۳	۰.۲۰	۱.۱۴%	جزئیات
۳	Uric Acid	۵.۶	۵.۷۰	۷.۸۴	-۰.۲۴	۱.۸۲%	جزئیات
۴	Creatinine	۱.۴	۱.۳۷	۸.۵۴	۰.۲۶	۲.۳۴%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۰.۹۰	۱.۵۸	۱۹.۶۷	-۲.۸۸	۴۳.۱۱%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۰.۴۵	۰.۷۱	۲۸.۰۵	-۱.۸۹	۳۶.۳۵%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۴۵	۱۵۱.۰۹	۶.۹۷	-۰.۶۷	۴.۰۳%	جزئیات
۸	Triglyceride	۹۷	۹۸.۴۰	۸.۴۱	-۰.۱۹	۱.۴۲%	جزئیات
۹	HDL	۵۳.۵	۴۶.۰۷	۱۳.۷	۱.۳۴	۱۶.۱۳%	جزئیات
۱۰	LDL	۶۸.۲	۷۱.۵۸	۱۰.۴۸	-۰.۳۲	۴.۷۳%	جزئیات
۱۱	Albumin	۴.۱	۴.۱۸	۳.۹۵	-۰.۳۱	۱.۸۷%	جزئیات
۱۲	Protein	۵.۸	۵.۷۸	۸.۸۲	۰.۰۸	۰.۴%	جزئیات
۱۳	ALP	۳۳۰	۲۶۹.۵۷	۱۲.۰۶	۱.۴۵	۲۲.۴۲%	جزئیات
۱۴	AST	۲۸.۸	۳۱.۱۱	۹.۲۶	-۰.۷۴	۷.۴۴%	جزئیات
۱۵	ALT	۳۷.۲	۳۶.۴۰	۹.۳۷	۰.۲۲	۲.۱۹%	جزئیات
۱۶	CPK	۱۶۵	۱۸۰.۰۲	۱۱.۲۱	-۰.۵۶	۸.۳۴%	جزئیات
۱۷	LDH	۳۱۲	۳۵۲.۴۴	۱۳.۳۸	-۱.۴۳	۱۱.۴۷%	جزئیات
۱۸	Amylase	۸۸	۸۸.۷۶	۱۰.۸۷	-۰.۰۷	۰.۸۶%	جزئیات
۱۹	Lipase	۳۲	۳۷.۱۵	۲۰.۸۵	-۰.۷۷	۱۳.۸۶%	جزئیات
۲۰	GGT	۵۶	۴۸.۲۳	۱۷.۳۵	۱.۴۷	۱۶.۱۲%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۸.۷	۸.۷۳	۴	-۰.۰۸	۰.۴%	جزئیات
۲۲	Phosphorus	۴.۱	۴.۳۲	۷.۵۵	-۰.۶۶	۵.۱۱%	جزئیات
۲۳	Iron	۱۱۲	۱۱۹.۲۱	۱۱.۳۲	-۰.۵۰	۶.۰۵%	جزئیات
۲۴	TIBC	۲۱۴	۲۶۱.۵۰	۱۳.۵۸	-۱.۲۱	۱۸.۱۷%	جزئیات
۲۵	Transferin	۱۲۸.۵	۱۳۷.۷۸	۵۱.۸۲	-۰.۴۵	۶.۷۳%	جزئیات
۲۶	Sodium	۱۴۲.۲	۱۴۰.۲۳	۲.۰۷	۰.۷۰	۱.۴%	جزئیات
۲۷	Potassium	۴.۱	۴.۰۱	۳.۶۵	۰.۶۷	۲.۳۵%	جزئیات
۲۸	Lithium	۱.۰۵	۱.۰۲	۱۳.۱۲	۰.۳۰	۳.۳۵%	جزئیات
۲۹	Tf	۶.۶۴	۶.۷۱	۱۰.۶۸	-۰.۰۹	۱.۰۳%	جزئیات
۳۰	TSH	۱.۳۵	۱.۳۰	۱۰.۵۹	۰.۳۱	۳.۷۷%	جزئیات
۳۱	Total PSA	۱۴.۵	۱۳.۵۶	۱۱.۰۷	۰.۷۰	۶.۹۶%	جزئیات
۳۲	Ferritin	۲۶.۳	۲۷.۱۰	۱۳.۳۹	-۰.۲۰	۲.۹۶%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول