



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل



دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۳۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۵.۳	۵.۸۷	۴.۹۳	-۱.۲۱	۹.۷۱%	جزئیات
۲	RBC	۴.۴۷	۴.۶۴	۲.۲۳	-۱.۲۲	۳.۶۴%	جزئیات
۳	Hb	۱۴۰	۱۴۲.۴۷	۲.۸۱	-۰.۵۸	۱.۷۳%	جزئیات
۴	Hct	۴۵	۴۲.۸۷	۳.۶۳	۱.۲۴	۴.۹۷%	جزئیات
۵	MCV	۹۹.۵	۹۲.۲۱	۳.۴۶	۱.۹۸	۷.۹۱%	جزئیات
۶	MCH	۳۱	۳۰.۷۵	۲.۹۳	۰.۲۷	۰.۸۱%	جزئیات
۷	MCHC	۳۱۰	۳۳۳.۹۸	۲.۸۳	-۱.۷۹	۷.۱۸%	جزئیات
۸	Plts	۱۹۱	۱۹۰.۴۹	۷.۰۹	۰.۰۳	۰.۲۷%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول