

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

ثبت مشخصات کیت

تاریخ	۱۴۰۲/۴/۳۱	بخش	هورمون شناسی	تست	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
نام کیت / کنترل	□ □ □ □ □				توضیحات کنترل مثبت ۸۰-۲۰ کنترل منفی کمتر از ۱۰
شماره سریال کیت	۲۳۰۹۰	تاریخ انقضا □ کیت		۱۴۰۴/۱/۲۷	
شماره سریال کنترل	□ ۲۳۰۶۵	تاریخ انقضا □ کنترل		۱۴۰۴/۱/۲۷	
نتیجه کنترل مثبت	کمی (۵۵)				
نتیجه کنترل منفی	کمی (۴.۶)				
مسئول تایید	فرزانه مسلمی پور				