

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
25 - 1	21.4	
26 - 1	20.81	
27 - 1	20.85	
28 - 1	19.95	
29 - 1	20.15	
31 - 1	20.45	

Westgard	تفسیر	BHCG	آزمایش	2000 ایمولایت XPI-	دستگاه	4	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	20.56	SD	0.72	Exp. Date	1402/4/25	Lot. No	36-02-028
Next Month	Mean	20.6	SD	0.53	CV	2.56			

