

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
21 - 1	91.1	
22 - 1	90.3	
23 - 1	91.3	
25 - 1	90.7	
26 - 1	91.6	
28 - 1	90.7	
29 - 1	91.1	
30 - 1	91.1	
31 - 1	90.3	

Westgard	تفسیر	C3	آزمایش	BS-480 اتوآنالایزر	دستگاه	5	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	90.97	SD	0.57	Exp. Date	1402/10/30	Lot. No	641-01-030/2
Next Month	Mean	90.91	SD	0.44	CV	0.49			

