

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
25 - 1	57.5	
26 - 1	55.6	
27 - 1	54.2	
28 - 1	49.2	
29 - 1	49.9	
31 - 1	51.2	

Westgard	تفسیر	CA 15-3	آزمایش	2000 ایمولایت XPI-	دستگاه	4	ماه	1402	سال
Control	Seronorm	Mean	53.35	SD	5.59	Exp. Date	1402/4/25	Lot. No	
Next Month	Mean	52.93	SD	3.34	CV	6.31			

