

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
22 - 1	16.9	
23 - 1	17.2	
24 - 1	17.89	
25 - 1	17.65	
26 - 1	17	
28 - 1	17.9	
29 - 1	17	
30 - 1	18	
31 - 1	16.85	

Westgard	تفسیر	CEA	آزمایش	SIEMENS Centaur CP	دستگاه	5	ماه	1402	سال
Control	Seronorm	Mean	17.59	SD	0.4	Exp. Date	1403/6/8	Lot. No	365-02-028
Next Month	Mean	17.38	SD	0.48	CV	2.75			

