

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	47.7	
2 - 1	47.3	
5 - 1	48	
6 - 1	47.5	
7 - 1	47.5	

Westgard	تفسیر	CRP	آزمایش	BS-480 اتوآنالایزر	دستگاه	5	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	47.23	SD	0.55	Exp. Date	1403/6/8	Lot. No	326-2-034/3
Next Month	Mean	47.6	SD	0.26	CV	0.56			

