

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

| Day-Run | Value | Description |
|---------|-------|-------------|
| 21 - 1  | 29.4  |             |
| 22 - 1  | 28    |             |
| 23 - 1  | 27.2  |             |
| 24 - 1  | 29.6  |             |
| 25 - 1  | 28.7  |             |
| 28 - 1  | 29.2  |             |
| 29 - 1  | 29    |             |
| 30 - 1  | 28.3  |             |
| 31 - 1  | 30    |             |

|            |        |               |        |                    |        |           |            |         |              |
|------------|--------|---------------|--------|--------------------|--------|-----------|------------|---------|--------------|
| Westgard   | تفسیر  | Ceruloplasmin | آزمایش | BS-480 اتوآنالایزر | دستگاه | 5         | ماه        | 1402    | سال          |
| Control    | biorex | Mean          | 27.44  | SD                 | 1.46   | Exp. Date | 1402/10/30 | Lot. No | 641-01-030/2 |
| Next Month | Mean   | 28.82         | SD     | 0.87               | CV     | 3.03      |            |         |              |

