

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	22.59	
2 - 1	22.62	
3 - 1	22.75	1:2S
4 - 1	22.61	
6 - 1	22.65	
7 - 1	22.69	
8 - 1	22.58	
9 - 1	22.61	
10 - 1	22.63	
11 - 1	22.68	
13 - 1	22.63	
16 - 1	22.7	
17 - 1	22.6	
18 - 1	22.68	
20 - 1	22.65	
21 - 1	22.58	
22 - 1	22.58	
23 - 1	22.61	
24 - 1	22.68	

Westgard	تفسیر	FSH	آزمایش	2000 ایمولایت XPI-	دستگاه	3	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	22.64	SD	0.05	Exp. Date	1403/4/2	Lot. No	
Next Month	Mean	22.64	SD	0.05	CV	0.21			

