

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
18 - 1	158.6	
19 - 1	165.8	
21 - 1	169.5	
22 - 1	157	
23 - 1	159	
24 - 1	167	
25 - 1	171	
26 - 1	159	
28 - 1	151	
29 - 1	165	
30 - 1	169	
31 - 1	162	

Westgard	تفسیر	Ferritin	آزمایش	2000 ایمولایت XPI-	دستگاه	5	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	165.5	SD	12.99	Exp. Date	1403/2/10	Lot. No	365-02-028
Next Month	Mean	162.83	SD	6.05	CV	3.71			

