

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
25 - 1	59.55	
26 - 1	65.2	
27 - 1	64.8	
28 - 1	57.6	
29 - 1	55.6	
31 - 1	65.8	

Westgard	تفسیر	Insulin ( Base )	آزمایش	SIEMENS Centaur CP	دستگاه	4	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	58.86	SD	6	Exp. Date	1402/4/25	Lot. No	36-02-028
Next Month	Mean	62.11	SD	4.4	CV	7.09			

