

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	21.7	
2 - 1	24	
3 - 1	23.4	
6 - 1	22.8	
8 - 1	26.3	
10 - 1	21.5	
13 - 1	21.8	
16 - 1	23.2	
18 - 1	22.5	
20 - 1	23.3	
22 - 1	21.5	
24 - 1	26.4	
27 - 1	22	
29 - 1	23.6	
31 - 1	23	

Westgard	تفسیر	Lithium	آزمایش	Flame Photometer	دستگاه	3	ماه	1402	سال
Control	زیست شیمی	Mean	23.93	SD	1.99	Exp. Date	1404/1/31	Lot. No	832-E-003/1
Next Month	Mean	23.13	SD	1.53	CV	6.61			

