

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	234	
2 - 1	235	
3 - 1	240	
4 - 1	241	
6 - 1	245	
7 - 1	235	
8 - 1	230	
9 - 1	248	
10 - 1	245	
11 - 1	242	
13 - 1	240	
16 - 1	247	
17 - 1	247	
18 - 1	242	
20 - 1	241	
23 - 1	249	
24 - 1	232	1:2S 10X

Westgard	تفسیر	PLT	آزمایش	NIHON KOHDEN سل کانتر	دستگاه	3	ماه	1402	سال
Control	Labex	Mean	236.44	SD	6.48	Exp. Date	1402/2/9	Lot. No	
Next Month	Mean	241.82	SD	5.77	CV	2.39			

