

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
26 - 1	2.55	
28 - 1	2.73	
29 - 1	3.21	
30 - 1	2.69	
31 - 1	2.98	
1 - 1	3.2	
2 - 1	2.86	
4 - 1	3.25	
5 - 1	3	

Westgard	تفسیر	PSA	آزمایش	Maglumi	دستگاه	5	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	3.23	SD	0.53	Exp. Date	1403/5/19	Lot. No	365-02-028
Next Month	Mean	2.94	SD	0.25	CV	8.56			

