

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
2 - 1	12.6	
3 - 1	12.6	
8 - 1	12.5	
9 - 1	12.7	
10 - 1	12.5	
11 - 1	12.6	
12 - 1	12.5	Cusum 3S
14 - 1	12.6	
17 - 1	12.6	
18 - 1	12.7	
22 - 1	12.7	
23 - 1	12.8	
25 - 1	12.5	
28 - 1	12.8	

Westgard	تفسیر	PT	آزمایش	کواگولومتر آه melung Coagulom	دستگاه	5	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	12.67	SD	0.18	Exp. Date	1402/9/30	Lot. No	22001
Next Month	Mean	12.62	SD	0.11	CV	0.83			

