

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	30	
3 - 1	32	
4 - 1	33	
5 - 1	33	
6 - 1	35	
7 - 1	33	
10 - 1	33	
11 - 1	32	
12 - 1	30	
13 - 1	34	
14 - 1	35	
15 - 1	31	
18 - 1	32.3	
19 - 1	33	
20 - 1	33.5	
21 - 1	34	
22 - 1	33	
24 - 1	32.8	
25 - 1	32	
26 - 1	33	
28 - 1	33.2	
29 - 1	33.6	
30 - 1	33	

Westgard	تفسیر	PTT	آزمایش	کواگولومتر آه melung Coagulom	دستگاه	4	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	32.7	SD	1.77	Exp. Date		Lot. No	
Next Month	Mean	32.8	SD	1.27	CV	3.86			

