

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
2 - 1	33	
3 - 1	33	
8 - 1	31.6	
9 - 1	33	
10 - 1	32.5	
11 - 1	33	
12 - 1	32	
14 - 1	33	
17 - 1	31	
18 - 1	33	
22 - 1	33	
24 - 1	32.5	
25 - 1	33	
28 - 1	33.6	

Westgard	تفسیر	PTT	آزمایش	کواگولومتر آه melung Coagulom	دستگاه	5	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	32.8	SD	1.27	Exp. Date	1402/9/30	Lot. No	21002
Next Month	Mean	32.66	SD	0.69	CV	2.11			

