

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
25 - 1	10.88	
26 - 1	10.97	
27 - 1	9.74	
28 - 1	11.1	
29 - 1	10.57	
31 - 1	11	

Westgard	تفسیر	Progesterone	آزمایش	SIEMENS Centaur CP	دستگاه	4	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	10.17	SD	0.48	Exp. Date	1402/4/25	Lot. No	36-02-028
Next Month	Mean	10.61	SD	0.54	CV	5.05			

