

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
18 - 1	17.9	
19 - 1	18.95	
21 - 1	19.2	
23 - 1	17.8	
24 - 1	18.5	
25 - 1	18.9	
26 - 1	19.2	
28 - 1	19.4	
29 - 1	19.1	
30 - 1	18.7	
31 - 1	17.9	

Westgard	تفسیر	Prolactin	آزمایش	2000 ایمولایت XPI-	دستگاه	5	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	19.29	SD	1.43	Exp. Date	1403/2/10	Lot. No	365-02-028
Next Month	Mean	18.69	SD	0.58	CV	3.11			

