

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	7.05	
2 - 1	6.98	Cusum 3S
3 - 1	7.1	
4 - 1	7.2	1:3S
6 - 1	7.1	
7 - 1	6.9	1:2S
8 - 1	7	
20 - 1	7.1	
21 - 1	7	
23 - 1	7	
24 - 1	7	
25 - 1	7.1	

Westgard	تفسیر	WBC	آزمایش	NIHON KOHDEN سل کانتر	دستگاه	3	ماه	1402	سال
Control	Labex	Mean	7.14	SD	0.08	Exp. Date	1402/2/9	Lot. No	
Next Month	Mean	7.04	SD	0.08	CV	1.13			

