

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

ثبت مشخصات کیت

تاریخ	۱۴۰۲/۵/۳۱	بخش	هورمون شناسی	تست	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
نام کیت / کنترل	□ □ □ □ □				توضیحات محدوده نرمال ۷۰-۳۰ کنترل + کنترل - ۱۰□
شماره سریال کیت	۲۱۲۵۰	تاریخ انقضا □ کیت	۱۴۰۲/۹/۱۳		
شماره سریال کنترل	□ ۲۱۲۸۶	تاریخ انقضا □ کنترل	۱۴۰۲/۹/۱۳		
نتیجه کنترل مثبت	کمی (۴۹.۳)				
نتیجه کنترل منفی	کیفی ()				
مسئول تایید	بهناز عسلی				