



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل

دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۱۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۵.۷	۶.۰۳	۳.۹۳	-۰.۶۹	۵.۵%	جزئیات
۲	RBC	۴.۱	۴.۴۴	۲.۲۱	-۲.۵۸	۷.۷۲%	جزئیات
۳	Hb	۱۲۹	۱۳۳.۲۶	۲.۸۲	-۱.۰۷	۳.۲%	جزئیات
۴	Hct	۳۷	۳۸.۲۷	۳.۳۷	-۰.۸۳	۳.۳۱%	جزئیات
۵	MCV	۹۰.۴	۸۶.۰۹	۳.۵	۱.۲۵	۵.۰۱%	جزئیات
۶	MCH	۳۱	۳۰.۰۵	۴.۴۸	۱.۰۵	۳.۱۴%	جزئیات
۷	MCHC	۳۴۰	۳۴۸.۴۷	۳.۱۶	-۰.۶۱	۲.۴۳%	جزئیات
۸	Plts	۲۱۳	۲۰۵.۱۰	۶.۷۶	۰.۳۸	۳.۸۵%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول