



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۱۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰

پارامتر	نتیجه نهایی	Sample/cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Negative	۰.۳	ECL	Siemens	Negative
HCV Ab	Negative	۰.۵۳	ELISA	Diapro	Negative
HIV Ab	Positive	۱۳.۷۹	ECL	Siemens	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
HBs Ag	Negative	۱۵۶	۱۲۲	۱۳۷	۱۱۰۴	۱۵
	Positive	۲	۳		۳۲	
	Suspicious		۱		۲	
HCV Ab	Negative	۷۸	۱۲۳	۱۳۲	۱۱۷۱	۱۷
	Positive			۱	۷	
	Suspicious		۱			
HIV Ab	Negative	۱	۱	۲	۱۴	
	Positive	۹۶	۱۱۷	۱۵۷	۱۱۴۳	۱۷
	Suspicious		۱		۲	