آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

ثبت مشخصات کیت

تاریخ	۱۴۰۲/۶/۶	**بخش**	هورمون شناسی	**تست**	)

نام کیت / کنترل	آاسکو		
شماره سریال کیت	۲۳۰۹۰	**تاریخ انقضا کیت**	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
شماره سریال کنترل	۲۳۰۶۵	**تاریخ انقضا کنترل**	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
نتیجه کنترل مثبت	کمی (۵۶)		
نتیجه کنترل منفی	کمی (۳)		
مسئول تایید	فرزانه مسلمی پور		

توضیحات
کنترل منفی کمتر از ۱۰ کنترل مثبت ۸۰-۲۰