

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	161	
3 - 1	162.4	
4 - 1	157.8	
5 - 1	161.2	
6 - 1	148.9	
7 - 1	158.4	
8 - 1	162.4	
9 - 1	154.8	
10 - 1	160.4	
12 - 1	164.2	
13 - 1	159.4	
15 - 1	165	

Westgard	تفسیر	Ferritin	آزمایش	2000 ایمولایت XPI-	دستگاه	7	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	160.66	SD	6.59	Exp. Date	1403/2/10	Lot. No	365-02-028
Next Month	Mean	159.66	SD	4.4	CV	2.76			

