

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

ثبت مشخصات کیت

تاریخ	۱۴۰۲/۶/۵	بخش	هورمون شناسی	تست	۱
نام کیت / کنترل	دی آر جی				توضیحات
شماره سریال کیت	۱۸۰ ۱۱۲	تاریخ انقضا کیت	۱۴۰۲/۹/۵	کنترل یک ۳۲.۹-۱۲.۵	کنترل دو ۲۸۳-۱۰۷
شماره سریال کنترل	۱۸۰ ۰۱۲	تاریخ انقضا کنترل	۱۴۰۲/۹/۵		
نتیجه کنترل مثبت	کمی (۲۶.۵)				
نتیجه کنترل منفی	کمی (۱۸۱.۵)				
مسئول تایید	فرزانه مسلمی پور				