

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
5 - 1	12.5	
6 - 1	12.6	
8 - 1	12.6	
9 - 1	12.7	
10 - 1	12.6	
12 - 1	12.7	
13 - 1	12.5	
15 - 1	12.6	
16 - 1	12.5	
18 - 1	12.7	
19 - 1	12.6	
20 - 1	12.7	
22 - 1	12.5	
24 - 1	12.7	
25 - 1	12.7	
26 - 1	12.5	
27 - 1	12.7	

Westgard	تفسیر	PT	آزمایش	کواگولومتر آه melung Coagulom	دستگاه	7	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	12.59	SD	0.09	Exp. Date	1402/8/30	Lot. No	22001
Next Month	Mean	12.61	SD	0.09	CV	0.68			

