

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	12.7	
4 - 1	12.5	
5 - 1	12.5	
6 - 1	12.8	
7 - 1	12.7	
8 - 1	12.6	
9 - 1	12.6	
11 - 1	12.5	
12 - 1	12.5	
13 - 1	12.6	
14 - 1	12.5	
16 - 1	12.6	
18 - 1	12.6	
20 - 1	12.7	
21 - 1	12.6	
22 - 1	12.6	
26 - 1	12.5	
27 - 1	12.5	

Westgard	تفسیر	PT	آزمایش	کواگولومتر آه melung Coagulom	دستگاه	6	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	12.62	SD	0.11	Exp. Date	1402/9/12	Lot. No	22001
Next Month	Mean	12.59	SD	0.09	CV	0.72			

