

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
7 - 1	39.6	
7 - 2	40.53	
7 - 3	40.96	
7 - 4	40.12	
25 - 1	40.9	
25 - 2	41.05	
25 - 3	40.8	
25 - 4	39.4	

Westgard	تفسیر	PTH intact	آزمایش	Euroimmun analyser 1	دستگاه	7	ماه	1402	سال
Control	Monobind	Mean	40.42	SD	0.65	Exp. Date	1402/12/24	Lot. No	
Next Month	Mean	40.42	SD	0.64	CV	1.59			

