

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
5 - 1	33	
6 - 1	33	
8 - 1	33.3	
9 - 1	32	
13 - 1	33	
16 - 1	32.9	
19 - 1	32.6	
19 - 2	33.2	
20 - 1	33	
22 - 1	33	
25 - 1	32.6	
26 - 1	32.6	

Westgard	تفسیر	PTT	آزمایش	کواگولومتر آه melung Coagulom	دستگاه	7	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	32.78	SD	0.54	Exp. Date	1402/8/30	Lot. No	21002
Next Month	Mean	32.85	SD	0.35	CV	1.07			

