

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	32	
4 - 1	33	
5 - 1	32.6	
6 - 1	33.5	
7 - 1	33	
8 - 1	32	
9 - 1	32.2	
11 - 1	33	
12 - 1	32	
13 - 1	33	
14 - 1	33.2	
16 - 1	33	
18 - 1	32.5	
20 - 1	33	
21 - 1	33.5	
22 - 1	33	
26 - 1	33.5	
27 - 1	32	

Westgard	تفسیر	PTT	آزمایش	کواگولومتر آه melung Coagulom	دستگاه	6	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	32.66	SD	0.69	Exp. Date	1402/9/12	Lot. No	21002
Next Month	Mean	32.78	SD	0.54	CV	1.65			

