

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	98.5	
3 - 1	97.8	
5 - 1	97.2	
8 - 1	99.8	
10 - 1	94.5	
12 - 1	96.8	
19 - 1	99.1	
22 - 1	96.4	
25 - 1	99.2	
27 - 1	97.9	

Westgard	تفسیر	Selenium	آزمایش	Atomic Absorption Spectrometry	دستگاه	7	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	97.8	SD	3.1	Exp. Date	1402/7/9	Lot. No	
Next Month	Mean	97.72	SD	1.57	CV	1.61			

