

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
21 - 1	22.7	
22 - 1	26.2	
23 - 1	24.6	
24 - 1	23.2	
25 - 1	22.8	
27 - 1	24	
28 - 1	26.1	
29 - 1	24.9	
30 - 1	26.4	

Westgard	تفسیر	BHCG	آزمایش	2000 ایمولایت XPI-	دستگاه	8	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	24.61	SD	0.99	Exp. Date	1402/8/23	Lot. No	
Next Month	Mean	24.54	SD	1.47	CV	5.99			

