

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	21.6	
2 - 1	22.3	
3 - 1	23	
11 - 1	24.6	
13 - 1	23.7	
14 - 1	21.7	
15 - 1	23.8	
16 - 1	22.8	
17 - 1	22.1	
20 - 1	21.5	
21 - 1	22.3	

Westgard	تفسیر	CEA	آزمایش	2000 ایمولایت XPI-	دستگاه	8	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	23.39	SD	1.04	Exp. Date	1402/11/30	Lot. No	365-02-028
Next Month	Mean	22.67	SD	1.01	CV	4.46			

