

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
16 - 1	13.2	
17 - 1	13.1	
18 - 1	12.9	
19 - 1	13	
20 - 1	13.2	
21 - 1	13.1	
22 - 1	12.5	
23 - 1	13.1	
24 - 1	13.2	
25 - 1	13	
27 - 1	13.2	
28 - 1	13	
29 - 1	13.1	
30 - 1	13	

Westgard	تفسیر	PT	آزمایش	کواگولومتر آه melung Coagulom	دستگاه	8	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	13.07	SD	0.36	Exp. Date	1402/8/18	Lot. No	
Next Month	Mean	13.04	SD	0.18	CV	1.4			

