

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
16 - 1	31	1:2S
17 - 1	29.1	
18 - 1	30	1:2S
19 - 1	26	
20 - 1	27	
21 - 1	25.5	
23 - 1	26.2	
24 - 1	25	
26 - 1	26	
27 - 1	28	
28 - 1	25	
29 - 1	26	

Westgard	تفسیر	PTT	آزمایش	کوآگولومتر آه melung Coagulom	دستگاه	8	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	26	SD	1.96	Exp. Date	1402/8/18	Lot. No	
Next Month	Mean	27.07	SD	2.01	CV	7.41			

