

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
14 - 1	11.2	
15 - 1	12.02	
16 - 1	10.93	
17 - 1	11.86	
18 - 1	11.65	
20 - 1	11.85	
24 - 1	11.9	
25 - 1	10.86	
27 - 1	11.3	
28 - 1	11.6	
29 - 1	11.86	
1 - 1	10.8	
2 - 1	11.2	

Westgard	تفسیر	Pb	آزمایش	Atomic Absorption Spectrometry	دستگاه	8	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	11.63	SD	0.53	Exp. Date	1402/8/30	Lot. No	
Next Month	Mean	11.46	SD	0.44	CV	3.8			

