

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
20 - 1	104	
22 - 1	103.5	
23 - 1	106	
24 - 1	108.1	
25 - 1	109	
27 - 1	110.1	
28 - 1	108.3	
29 - 1	109.2	
30 - 1	110.3	

Westgard	تفسیر	RF	آزمایش	BS-480 اتوآنالایزر	دستگاه	8	ماه	1402	سال
Control	aptec	Mean	108.5	SD	3.46	Exp. Date	1403/8/19	Lot. No	06095
Next Month	Mean	107.61	SD	2.53	CV	2.35			

