

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

| Day-Run | Value | Description |
|---------|-------|-------------|
| 13 - 1 | 24 | |
| 14 - 1 | 23.9 | |
| 15 - 1 | 21.6 | |
| 16 - 1 | 23.7 | |
| 18 - 1 | 24.3 | |
| 19 - 1 | 25.5 | |
| 20 - 1 | 24.1 | |
| 21 - 1 | 22.6 | |
| 22 - 1 | 22.1 | |
| 25 - 1 | 24.9 | |
| 27 - 1 | 24.2 | |
| 29 - 1 | 23.7 | |
| 30 - 1 | 21.9 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|-----------|------------|---------|----------|
| Westgard | تفسیر | CEA | آزمایش | 2000 ایمولایت XPI- | دستگاه | 9 | ماه | 1402 | سال |
| Control | biorex | Mean | 24.52 | SD | 1.47 | Exp. Date | 1403/10/11 | Lot. No | 36502028 |
| Next Month | Mean | 23.58 | SD | 1.18 | CV | 5.02 | | | |

