

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
1 - 1	127	
2 - 1	128	
11 - 1	127	
12 - 1	126	
13 - 1	129	
14 - 1	130	
15 - 1	128	
16 - 1	127	
25 - 1	127	
27 - 1	127	
28 - 1	127	
29 - 1	128	

Westgard	تفسیر	Copper ( Cu )	آزمایش	اتوآنالایزر BS-800	دستگاه	9	ماه	1402	سال
Control	biorex	Mean	127.38	SD	1.69	Exp. Date	1402/10/11	Lot. No	hsn.35
Next Month	Mean	127.58	SD	1.08	CV	0.85			

