



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت پلاسما کنترل لئوفیلز

دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۲۳۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	PT	۱.۱	۱.۱۴	۱۲.۴۴	-۰.۳۸	۳.۴۲%	جزئیات
۲	PTT	۴۰	۵۲.۹۴	۹.۳	-۲.۷۲	۲۴.۴۴%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول