



## گزارش ارزیابی خارجی کیفیت خون کنترل



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۲۲۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	WBC	۱۰.۶	۱۰.۸۳	۳.۰۵	-۰.۲۶	۲.۱۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۲	RBC	۳.۹۷	۳.۹۹	۲.۴۱	-۰.۱۴	۰.۴۳%	<a href="#">جزئیات</a>
۳	Hb	۱۱۵	۱۲۲.۱۷	۲.۶۹	-۱.۹۶	۵.۸۷%	<a href="#">جزئیات</a>
۴	Hct	۳۴.۷	۳۴.۸۹	۳.۴۲	-۰.۱۴	۰.۵۵%	<a href="#">جزئیات</a>
۵	MCV	۸۷.۴	۸۷.۶۱	۲.۴۲	-۰.۰۶	۰.۲۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۶	MCH	۲۹	۳۰.۶۳	۴.۰۲	-۱.۷۷	۵.۳۱%	<a href="#">جزئیات</a>
۷	MCHC	۳۳۱	۳۴۹.۸۸	۴.۲۲	-۱.۳۵	۵.۴%	<a href="#">جزئیات</a>
۸	Plts	۳۵۳	۳۵۹.۰۹	۵.۱۶	-۰.۱۷	۱.۷%	<a href="#">جزئیات</a>

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول