



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت غربالگری سندروم داون سه ماه دوم

دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۲۵۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	AFP	۵۲.۸	۵۰.۸۰	۹.۶۲	۰.۲۶	۳.۹۴%	جزئیات
۲	β hCG	۱۹.۶۷۶	۲۲.۳۵	۲۲.۶۶	-۱.۲۰	۱۱.۹۵%	جزئیات
۳	Unconjugated Estriol(uE ₃)	۲.۷۹	۲.۷۷	۱۶.۱۱	۰.۰۴	۰.۶۵%	جزئیات
۴	Inhibin A	۲۷۶	۲۶۷.۷۴	۱۴.۶۹	۰.۲۱	۳.۰۹%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول