



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



دوره دوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۳۲۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰

نتیجه مورد انتظار	سازنده کیت	روش	Sample/cutoff	نتیجه نهایی	پارامتر
Positive	Siemens	ECL	۱۰.۳	Positive	HBs Ag
Negative	Siemens	CL	۰.۰۲>	Negative	HCV Ab
Positive	Siemens	CL	۲۲.۸۹	Positive	HIV Ab

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Others	ELISA	ELFA	ECL	CL	Result	Test
۸	۴۰	۴	۲	۲	Negative	
۱۵	۱۱۲۷	۱۰۳	۱۴۸	۱۷۱	Positive	HBs Ag
	۸		۱		Suspicious	
۲۲	۱۲۰۳	۹۸	۱۵۲	۸۹	Negative	
	۵		۱		Positive	HCV Ab
۴	۱۱	۲		۱	Negative	
۱۸	۱۱۶۳	۱۵۲	۱۵۳	۱۰۶	Positive	HIV Ab
۱	۱				Suspicious	