

# آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

## Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
25 - 1	8.9	
26 - 1	8	
27 - 1	8.1	
28 - 1	7.96	
30 - 1	7.78	
1 - 1	8.2	

Westgard	تفسیر	Folic acid	آزمایش	Maglumi	دستگاه	10	ماه	1402	سال
Control	Snibe	Mean	7.97	SD	0.54	Exp. Date	1403/12/29	Lot. No	066220411
Next Month	Mean	8.16	SD	0.39	CV	4.79			

