



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت A1C



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۳۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	HbA1c	۶	۶.۳۲	۷.۶۵	-۰.۶۴	۵.۱۲%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول