

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
23 - 1	7.43	
24 - 1	9.11	1:2S
25 - 1	9.01	
26 - 1	7.35	
28 - 1	7.24	
29 - 1	7.61	
30 - 1	8.08	

Westgard	تفسیر	PAPP- A	آزمایش	2000 ایمولایت XPI-	دستگاه	11	ماه	1402	سال
Control	Radox	Mean	7.71	SD	0.65	Exp. Date	1403/11/24	Lot. No	8374 MS
Next Month	Mean	7.98	SD	0.79	CV	9.89			

