

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک کاوش گرگان

Control Serum - Normal Levey Jennings Chart

Day-Run	Value	Description
2 - 1	12.7	
3 - 1	12.8	
4 - 1	13	
5 - 1	12.9	
6 - 1	13	
7 - 1	13.1	
8 - 1	12.9	
9 - 1	12.8	
10 - 1	12.9	
11 - 1	13	
12 - 1	13	
13 - 1	13.1	
14 - 1	13	
16 - 1	12.9	
17 - 1	12.9	
18 - 1	13	
19 - 1	13	
20 - 1	12.8	
21 - 1	13	
27 - 1	13.1	

Westgard	تفسیر	PT	آزمایش	کواگولومتر آه melung Coagulom	دستگاه	10	ماه	1402	سال
Control	آزمایشگاه	Mean	12.95	SD	0.16	Exp. Date	1402/8/18	Lot. No	
Next Month	Mean	12.95	SD	0.11	CV	0.85			

