



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره سوم سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۳۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی کاوش ۳۰۱.۱۸۰

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۱۰۸	۱۰۹.۲۰	۵.۴۴	-۰.۱۸	۱.۱%	جزئیات
۲	Urea	۴۸.۲	۴۲.۶۰	۸.۲۶	۲.۳۱	۱۳.۱۴%	جزئیات
۳	Uric Acid	۶.۴	۶.۱۷	۹.۱۷	۰.۴۹	۳.۷۴%	جزئیات
۴	Creatinine	۱.۴۵	۱.۲۶	۹.۳۳	۱.۷۲	۱۵.۳۵%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۱.۲۵	۱.۷۶	۳۰.۲۵	-۱.۹۲	۲۸.۸۶%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۰.۵۸	۰.۸۱	۲۹.۸۵	-۱.۴۸	۲۸.۳۱%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۶۵	۱۵۶.۴۹	۴.۸۹	۰.۹۱	۵.۴۴%	جزئیات
۸	Triglyceride	۹۷	۹۵.۲۲	۹.۳۴	۰.۲۵	۱.۸۷%	جزئیات
۹	HDL	۵۴.۵	۴۷.۴۲	۱۲.۶۶	۱.۲۴	۱۴.۹۴%	جزئیات
۱۰	LDL	۷۶	۷۶.۵۴	۸.۹۲	-۰.۰۵	۰.۷%	جزئیات
۱۱	Albumin	۴.۳	۴.۲۰	۶.۱۷	۰.۴۲	۲.۵%	جزئیات
۱۲	Protein	۶.۵	۶.۰۴	۷.۰۵	۱.۵۲	۷.۵۸%	جزئیات
۱۳	ALP	۳۷۰	۳۰۵.۱۸	۹.۳۵	۱.۳۷	۲۱.۲۴%	جزئیات
۱۴	AST	۳۰.۵	۳۴.۸۰	۹	-۱.۲۴	۱۲.۳۶%	جزئیات
۱۵	ALT	۴۳	۴۱.۷۳	۱۱.۲۵	۰.۳۰	۳.۰۳%	جزئیات
۱۶	CPK	۱۹۲	۲۰۰.۷۸	۱۰.۲۵	-۰.۲۹	۴.۳۷%	جزئیات
۱۷	Amylase	۹۶.۵	۸۹.۲۰	۹.۰۷	۰.۷۱	۸.۱۹%	جزئیات
۱۸	Lipase	۱۷.۷	۳۳.۶۱	۱۸.۷۱	-۲.۶۳	۴۷.۳۳%	جزئیات
۱۹	GGT	۵۱.۴	۴۶.۷۱	۱۵.۴۴	۰.۹۱	۱۰.۰۴%	جزئیات
۲۰	Calcium	۹	۹.۰۲	۳.۴۶	-۰.۰۵	۰.۲۵%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Phosphorus	۴.۶	۴.۷۶	۶.۳۳	-۰.۴۳	۳.۳۴%	جزئیات
۲۲	Iron	۹۲	۹۸.۹۲	۱۳.۴۶	-۰.۵۸	۷%	جزئیات
۲۳	TIBC	۲۶۳.۸	۲۷۰.۷۶	۹.۸۹	-۰.۱۷	۲.۵۷%	جزئیات
۲۴	Transferin	۱۷۵.۵	۱۸۷.۶۵	۸.۷۸	-۰.۴۳	۶.۴۷%	جزئیات
۲۵	Sodium	۱۴۲.۷	۱۳۸.۵۳	۲.۱۷	۱.۵۱	۳.۰۱%	جزئیات
۲۶	Potassium	۴.۲	۳.۹۱	۳.۸۵	۲.۱۲	۷.۴۲%	جزئیات
۲۷	Lithium	۱	۱.۰۰	۱۱.۶	۰.۰۲	۰.۲%	جزئیات
۲۸	T۴	۶.۴	۷.۰۴	۱۱.۳۳	-۰.۷۶	۹.۰۸%	جزئیات
۲۹	TSH	۱.۴۷	۱.۴۸	۱۰.۷۶	-۰.۰۸	۰.۹۴%	جزئیات
۳۰	Total PSA	۹.۹۰	۱۱.۰۵	۵.۴	-۱.۰۴	۱۰.۳۷%	جزئیات
۳۱	Ferritin	۱۷.۲	۱۹.۶۱	۸.۰۸	-۰.۸۲	۱۲.۲۹%	جزئیات

SDI ≤ ۰.۹۹	۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹	۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹	SDI ≥ ۳
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول